

EG-Zertifikat

mdc medical device certification GmbH

Benannte Stelle 0483
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Moje Keramik-Implantate GmbH & Co. KG
Eschenweg 10-12
07616 Petersberg
Deutschland

im Geltungsbereich

Gelenkersatz für Zehen, steril (Keramik);
Gelenkersatz für Finger, steril (Keramik);
Dentalimplantate als Zahnwurzelersatz, steril (Keramik);
Dentalaufbauten, unsteril (Keramik)

ein

Qualitätssicherungssystem

für Auslegung, Fertigung und Endkontrolle
eingeführt hat und anwendet.

Ein Audit von mdc hat den Nachweis erbracht,
dass dieses Qualitätssicherungssystem die Forderungen gemäß

Anhang II – ohne Abschnitt 4 der EG-Richtlinie 93/42/EWG

des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte erfüllt.

Die Überwachung erfolgt gemäß Anhang II, Abschnitt 5.

Gültig ab	2020-04-02
Gültig bis	2024-05-26
Registrier-Nr.	D1304000012
Bericht-Nr.	P15-01717-173645
Stuttgart, den	2020-04-02

Leiter Zertifizierungsstelle



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zlg.de
ZLG-BS-246.10.06